

お客様各位

製品仕様変更のご案内【2020年2月1日改訂】

平素より弊社製品をご使用頂き誠に有難うございます。

昨年よりMEDプローブ品質向上の一環として、一部対象製品において絶縁層の素材を変更させて頂いておりましたが、この度対象製品を追加いたしました。新素材の導入により、より一層の細胞及び切片の密着性が期待されます。本件に関し、ご質問・ご不明点等ありましたらご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

今後とも弊社製品をご愛顧頂きますようよろしくお願いいたします。

記

1. 今回追加した対象製品

- ・ MED-P210A(5)      ・ MED-R210A(5)

2. 既に変更済みの対象製品

- ・ MED-P515A(5)      ・ MED-R515A(5)
- ・ MED-PG515A      ・ MED-RG515A      以上 2017年5月
- ・ MED-P545A(5)      ・ MED-R545A(5)      2018年4月
- ・ MED-P530A(5)      ・ MED-R530A(5)      2019年5月

3. 変更内容

- ・ 絶縁層の変更
- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 旧タイプ(製造番号 XXXX[A]XX) | アクリル系樹脂 |
| 新タイプ(製造番号 XXXX[B]XX) | ポリイミド   |

4. 注意点

細胞接着性の向上に伴い、

- ・ 細胞の培養過程における挙動が、これまでと異なる可能性があります。
- ・ 細胞接着面の素材が変更されるため、事前コーティングの調整が必要な場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 SCREEN ホールディングス TEL : 080-2474-3284